Codice Articolo – Ref.:

Code

2851-13

Descrizione

Product Description

Serie di 13 portaimpronte in policarbonato

Set of 13 polycarbonate impression trays

Contenuto

Contents

COD.		A mm	B mm
2851-L1		57	49
2851-L2		58	53
2851-L3		60	54
2851-L4		61	55
2851-L5		61	56
2851-L6		61	57
2851-L7		62	57
2851-L8		64	55
2851-L9		64	59
2851-L10		66	57
2851-L11		65	60
2851-L12		67	58
2851-L13		70	59

Materiale di produzione

Manufacture

Strumento realizzato in policarbonato

Instrument made of polycarbonate

Note tecniche

Technical notes

Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)

Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)

ASA DENTAL	SCHEDA TECNICA ARTICOLI TECHNICAL DATA SHEET	Rev. 01

Sterilizzazione & Durata ***Sterilization & Duration***	Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione. Sterilizzabile per 2000 cicli (Temperatura Max consigliata 130 °C) Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“ *Product to be used after sterilization.* *For more informations see „Reprocessing Tools“* *Autoclavable for 2000 cycles* *(Recommended Max temperature 130°C)*
Confezionamento ***Packages***	Serie da 13 pezzi inferiore *Kit ok 13 pieces*
Stoccaggio ***Storage***	Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito, lontano da fonti di calore *Keep the product in a dry and clean place, away from heat sources*
Prodotto da ***Produced by***	Asa Dental S.p.A. Via Valenzana di sopra, 60 55054 Bozzano (Lu)