

Codice Articolo – Ref.:**ML0802-8***Code***Descrizione**

Otturatori Schilder per canali

Product Description*Schilder root-canal Pluggers***Materiale di produzione**

Strumento realizzato in acciaio inossidabile

Manufacture*Instrument made of stainless steel***Note tecniche**Dispositivo Medico Classe I
Regolamento Europeo 2017/745 (MDR)**Technical notes***Medical Device Class I
European Regulation 2017/745 (MDR)***Sterilizzazione
& Durata**Prodotto da utilizzare previa sterilizzazione.
Sterilizzabile per 3000 cicli
(Temperatura Max consigliata 180 °C)
Per maggiori informazioni vedi „Reprocessing Strumenti“**Sterilization
& Duration***Product to be used after sterilization.
For more informations see „Reprocessing Tools“
Autoclavable for 3000 cycles
(Recommended Max temperature 180°C)***Confezionamento**

Singolo pezzo

Packages*Single piece*

Stoccaggio

Tenere il prodotto in luogo asciutto e pulito,
lontano da fonti di calore

Storage

*Keep the product in a dry and clean place,
away from heat sources*

Prodotto da

Asa Dental S.p.A.
Via Valenzana di sopra, 60
55054 Bozzano (Lu)

Produced by